

NPU 03 987

Indikation	Mistanke om urinvejsinfektion
Patientforberedelse	Ingen
Prøvemateriale	Urin
Analysemateriale	5 ml urin
Forsendelse	Kan ikke sendes
Holdbarhed	2 timer ved 20-25°C
Laboratorium	Udføres på de kliniske afdelinger og på Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
Svartid	Samme dag
Referenceinterval	Resultaterne for U-stix analysen opgives semikvantitativt (arbitrær koncentration, arb.k.):

Udskrift fra Clinitek	Nye EPJ svar arb.k.	Tidligere EPJ svar x10 ⁶ /l
Negative	0	<15
1+	1	15-50
2+	2	50-100
3+	3	100-400
4+	4	>400

Usikkerhed Stix-svarene er behæftet med stor usikkerhed og de enkelte svarværdier repræsenterer derfor et koncentrationsinterval, hvori den aktuelle værdi befinder sig.

Fortolkning Et svar på 1 eller derover giver mistanke om urinvejsinfektion, mens et svar på 0 næsten udelukker infektion.

Godkendt: 21-09-2011

