

NPU 04 156; Se

<b>Indikation</b>	Selenmangel og ved forgiftning.
<b>Prøvemateriale</b>	Blod i glas uden antikoagulans (tørglas) Prøven skal tages med mindst mulig stase og skal stå mindst 30 min inden centrifugering.
<b>Analysemateriale</b>	2 ml hæmolysefrit serum Serum skal være uden hæmolyse, da der ellers fås falsk lave værdier.
<b>Forsendelse</b>	Afpipetteret serum med almindelig post
<b>Holdbarhed</b>	7 døgn ved 20°C; 2 uger ved 4°C; 1 år ved -20°C
<b>Laboratorium</b>	Unilabs
<b>Svartid</b>	1 uge
<b>Referenceinterval</b>	> 10 år                    0,89 - 1,65 µmol/L Der findes særlige referenceintervaller for børn
<b>Fortolkning</b>	Plasmakoncentrationen er afhængig af indholdet af Selen i kosten og eventuelle tilskud. Der er risiko for intoksikation ved koncentrationer over 9 µmol/L. Se evt <a href="http://www.unilabs.dk">www.unilabs.dk</a>

Revideret: 24-02-2011

